

仕様書

1 購入品名及び数量

No.	品名	規格（品質・形状・型番等）	数量	単位
1	ech2o A10 TOCランプ	メルク ZFA10UVA1	1	個
2	逆浸透膜 IQ7005用	メルク CDRC60HA1	1	個
3	ech2o 殺菌用UVランプ	メルク ZIXUVLPA1	1	個
4	ech2o 有機物酸化分解用UVランプ	メルク ZIQUVLPA1	1	個
5	ech2o ASM 殺菌用UVランプ	メルク ASMUVLPA1	1	個
6	Milli-Pak	メルク MPGP002A1	1	個
7	内部チューブコネクタ メンテナンスキット	メルク ZFMKIQ70XX	1	式

熊本市中央区水前寺6丁目2-45

熊本市上下水道局 水運用課 水質管理室

3 納入期限

令和8年（2026年）3月31日

4 支払条件

納入完了後、受注者から所定の請求を受けた日から30日以内に受注者指定口座へ振込

5 特記事項

- (1)納入の日時については、事前に6に記載の担当課と調整すること。
- (2)各部品の交換作業の費用を含めること。なお、水道水の蛇口と装置をつなぐチューブ及びその接続に使用するコネクタの交換も含めること。
- (3)交換した古い部品及び梱包資材等のゴミ類は納入者にて引き取り、処分すること。
- (4)納入の際に建物等を破損・汚損した場合は、納入者負担にて原状回復を行うこと。
- (5)その他、本仕様で明示されていない事項で疑義が生じた場合は6に記載の担当課と協議を行うこと

6 担当課

上下水道局維持管理部水運用課水質管理室（担当：磯田・坊村）

TEL：096-381-7091

7 その他

今回、消耗品を交換する超純水製造装置の基本情報は以下のとおり。

機器のメーカー	メルク株式会社
製品名	超純水製造装置 Milli-Q IQ 7005
購入年月	令和2年2月
超純水水質	18.2MΩ・cm
超純水TOC	5ppb未満
超純水流量	最大2L/min.