

仕 様 書

1 購入品名及び数量

品名	機器仕様・付属品	数量	単位	保証
COD測定用湯浴	2 機器仕様・付属品等 のとおり	1	式	1年

2 機器仕様・付属品等

(1) 機器仕様・付属品

- ・ 架数：18個架（3×6） ・ 電源：AC100V
 - ・ 自動温度調節機能、タイマー、漏電ブレーカー、空焚き防止機能付き
 - ・ 付属品：浮上防止リング、3段リング（三枚組）、給水ホース、排水ホース
- 参考機種：宮本理研工業(株)製 COD測定電気湯煎器 CD-18

(2) その他

仕様書別紙に記載の接続部及び電源部に適合するプラグ等が必要な場合には、受託者が付属品として準備し、機器側との接続まで実施すること。

3. 納入期限・納入場所

- (1) 納入期限 令和8年（2026年）3月19日 ※納入前に下記担当課へ連絡すること。
- (2) 納入場所 熊本市南区城南町島田438番地 城南町浄化センター1階

4. 特記事項

- (1) 既設品（(株)スギヤマゲン製 COD-15ELS）を法令に従い適切に撤去・回収すること。
- (2) 梱包資材等のゴミ類は納入者にて引き取ること。
- (3) 設置・調整に係る費用を含むこと。
- (4) 納入の際に機器の取扱い説明を行うこと。
- (5) 納入の際に発生した建物等への破損・汚損については、納入者負担にて原状回復を行うこと。
- (6) 1. に示す保証期間を付し、期間内に発生した不具合については無償で修理・交換に応じること。
※保証期間の始期は、納入日の当日からとする。
- (7) その他、本仕様書で明示されていない事項で疑義が生じた場合は担当課と協議を行うこと。

5. 支払条件

納入完了後、受注者が所定の請求をした日から30日以内に受注者指定口座へ振込

6. 担当課

熊本市上下水道局 維持管理部 水再生課 （担当：上田）
電話：096-381-1157