

## 仕 様 書

○水位計用記録用紙（10m 計） 型式：201-18

- ・記録日数 1 ヶ月巻き（33 日）
- ・紙送り速度 18mm/H
- ・ミシン目 0 時毎（24 時間毎）
- ・その他 水研 62 型の標準仕様とする（国交省標準）

○水位計用記録用紙（20m 計） 型式：201-18-20

- ・記録日数 1 ヶ月巻き（33 日）
- ・紙送り速度 18mm/H
- ・ミシン目 0 時毎（24 時間毎）
- ・20m 計には 1m 毎に中罫線を入れる
- ・その他 水研 62 型の標準仕様とする（国交省標準）

○地盤沈下計用記録用紙 型式：A0382-6B

- ・記録日数 3 ヶ月巻き（100 日）
- ・紙送り速度 6mm/H
- ・ミシン目 6 時毎（時間罫線は 1 時間毎）
- ・残日数表記 12 時毎
- ・その他 池田計器社製 GLR-10、横川電気社製 K-031 で使用できるもの

### 特記事項

- ・巻き芯には記録紙を挟むための切れ込みを入れる（旗式不可）
- ・巻き芯にはセンターラインを示す目印を入れる
- ・巻き芯の直径は 30mm（アルミ製）

納入期限 令和 7 年（2025 年）6 月 11 日

納入場所 上下水道局 維持管理部 水運用課