

熊本市下水道施設消化ガス成分分析業務委託

に係る質問及び回答

質問内容	回答
仕様書のシロキサンの分析方法につきまして、仕様書には、「固体捕集, 加熱脱着, ガスクロマトグラフ法」となっているのですが、「固相吸着、溶媒脱離、ガスクロマトグラフ質量分析法」で実施してもよろしいでしょうか。	本業務におけるシロキサンの分析は、仕様書に記載のとおり、「固体捕集・加熱脱着・ガスクロマトグラフ法」による方法とします。